



پالس اکسیمتر انگشتی Model: ArPo-1

پالس سلامتی تو...

دستگاه پالس اکسیمتر انگشتی مدل ArPo-1



برای خرید، اسکن کنید



رنج اندازه گیری ضربان قلب
۲۵۰-۳۰۰ ضربان بر دقیقه



رنج اندازه گیری SpO2
% ۷۰-۱۰۰



دقت اندازه گیری SpO2
± % ۲ : % ۸۰-۱۰۰
± % ۴ : % ۷۰-۸۰



اولین تولید کننده
مستقل پالس اکسیمتر
انگشتی دارای مجوز
اداره کل تجهیزات پزشکی
قابل استعلام از سامانه (IMED)
✓ اخذ کلیه استاندارد های لازم
مورد نیاز دستگاه پالس اکسیمتر



فروش باتخفیف
قابل توجه برای
مراکز درمانی
و بیمارستان ها

✓ دو سال وارانتی
دستگاه پالس اکسیمتر
انگشتی مدل ArPo-1
شرکت داده چکاوک یکتا
دارای دو سال وارانتی بوده
و ۵ سال نیز خدمات پس از
فروش ارائه می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر
با ما تماس بگیرید



جدول ویژگی های فنی:

مدل	ArPo-1
روش اندازه گیری	اندازه گیری سطح اشباع اکسیژن در خون شریانی به صورت غیرتهاجمی و ضربان قلب از روی انگشت
رنج اندازه گیری	SpO2: % ۷۰-۱۰۰ / ضربان: ۳۰-۲۵۰ ضربان بر دقیقه
دقت	SpO2: ± % ۲ : % ۸۰-۱۰۰ / ± % ۴ : % ۷۰-۸۰ / ضربان: ± ۲ ضربان بر دقیقه
ابعاد	طول (۶۰ میلی متر) * عرض (۲۵ میلی متر) * ارتفاع (۲۵ میلی متر)
وزن	حدود ۵۰ گرم
شرایط کاری	دما: ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد / رطوبت نسبی کمتر از ۷۵ درصد / فشار محیط: ۷۰۰ تا ۱۰۶۰
شرایط انبارداری	دما: ۴- تا ۴۰ درجه سانتیگراد / رطوبت نسبی کمتر از ۹۵ درصد / فشار محیط: ۵۰۰ تا ۱۰۶۰
منبع تغذیه	باتری قابل شارژ لیتیوم پلیمر ۳/۷ ولت ۵۰۰ میلی آمپر به صورت داخلی
طبقه بندی	Ip22 / type BF

ویژگی های برجسته مدل : ArPo-1

قابل شارژ:

دستگاه دارای باتری قابل شارژ بوده و با استفاده از شارژر های موبایل (۵ ولت) و کابل موجود در داخل جعبه قابل شارژ می باشد. این مورد برای کاربرد های بیمارستانی (که میزان استفاده بالا است) بسیار مناسب خواهد بود.



وارانتی ۲ ساله:

دستگاه دارای ۲ سال وارانتی بوده و در صورت ایجاد مشکل (مطابق موارد موجود در دفترچه راهنمای دستگاه) امکان تعویض دستگاه وجود دارد.



اخذ استاندارد های لازم:

این مدل کلیه استاندارد های مورد نیاز اداره کل تجهیزات پزشکی را اخذ نموده و به طور مداوم از طریق تست های بیمارستانی کیفیت آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

